# Ovaroclasta - medicina

## **Baldinelli**



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede/s6040-00194/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede-complete/s6040-00194/

## **CODICI**

Unità operativa: s6040

Numero scheda: 194

Codice scheda: s6040-00194

Tipo scheda: PST

Livello ricerca: I

#### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00691529

Ente schedatore: R03/ Università degli Studi di Milano

Ente competente: S27

## **RELAZIONI**

#### **RELAZIONI CON ALTRI BENI**

Tipo relazione: è compreso

Tipo scheda: COL

Codice IDK della scheda correlata: COL-3o190-0000021

#### **OGGETTO**

#### **OGGETTO**

Definizione: ovaroclasta

Disponibilità del bene: reale

## **CATEGORIA**

Categoria principale: medicina

Altra categoria: ginecologia e ostetricia

Parole chiave: ovaroclasta

#### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 27211

Categoria del contenitore fisico: architettura

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

#### **COLLOCAZIONE SPECIFICA**

Tipologia: palazzo

Denominazione: Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena - Palazzo Uffici

Indirizzo: Via Francesco Sforza, 28

#### **DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI**

**INVENTARIO** 

**COLLEZIONI** 

## **CRONOLOGIA**

#### **CRONOLOGIA GENERICA**

Secolo: sec. XX

Motivazione cronologia: documentazione

#### **DEFINIZIONE CULTURALE**

## **AUTORE**

Ruolo: costruttore

Nome di persona o ente: Baldinelli

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. X

Specifiche: Baldinelli Milano

Motivazione dell'attribuzione: marchio

## **DATI TECNICI**

#### **MATERIA E TECNICA**

Materia: ferro

**MISURE** 

Unità: cm

Larghezza: 6

Lunghezza: 33

Spessore: 1

Specifiche: Regolazione a ruota in ferro, diametro, cm 7

## **DATI ANALITICI**

#### **DESCRIZIONE**

Oggetto

Ovaroclasta a due branche scorrevoli.

Regolazione a ruota in ferro.

Impugnatura a forbice.

Strumento della ditta "Baldinelli Milano".

NB nella catalogazione originaria sono descritti due e con diversa morfologia: cf.

#### **CONSERVAZIONE**

#### STATO DI CONSERVAZIONE

Stato di conservazione: buono

#### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente sanitario

Indicazione specifica: Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

#### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Codice univoco della risorsa: SC\_PST\_s6040-00194\_IMG-0000009195

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: gine220bis

Collocazione del file nell'archivio locale

C:\Documents and Settings\Utente\Desktop\CDCAGRANDA2010\IMMAGINI\IMGgine

Nome del file originale: gine220bis.JPG

## **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2009

Ente compilatore: Università degli Studi di Milano

Nome: Mattavelli, Marcella

Funzionario responsabile: Tucci, Pasquale

#### TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2009

Nome: Mattavelli, Marcella

Ente compilatore: Università degli Studi di Milano